

DOM ZDRAVLJA VINKOVCI
Vinkovci, K. Zvonimira 53
Ur. br.: 01- 573/2018

Vinkovci, 2. svibnja 2018. g.

PREDMET: Pojašnjenje i izmjene Poziva za dostavu ponuda, Ev. br. : JED 29-18

Temeljem zaprimljenog upita gospodarskog subjekta vezano za pojašnjenja i izmjene sadržaja Poziva za dostavu ponuda s dokumentacijom u postupku nabave stomatološke jedinice, ev. br.: JED 29-18, Naručitelj se očituje kako slijedi:

Upit 1:

1.12. Traži se „desni naslon ruke s mogućnošću podizanja u svrhu lakšeg ulaska/ izlaska pacijenta“. Molimo izmjenu točke opisa u „desni naslon ruke s mogućnošću pomicanja u svrhu lakšeg ulaska/ izlaska pacijenta“ kako bi se moglo nuditi i jedinice koje imaju zakretni naslon za ruku koji također omogućava lakši ulazak i izlazak pacijenta.

Odgovor na upit 1:

Zahtjev za izmjenu t. 1. 12. se ne prihvaća.

Upit 2:

2.6. Traži se: „upravljačka ploča s mikroprekidačima (kontrola funkcija fiziološkog stolca , kontrola funkcija nasadnih instrumenata, kontrola funkcija higijenskog bloka), ne touch screen (TFT) tehnologija na dodir“ Molimo pojašnjenje zašto ne smije biti touch screen s obzirom da se radi o tehnički naprednijem rješenju koje pruža veće mogućnosti kontrole jedinice, i prikaz više informacija o radu, te molimo izmjenu u „upravljačka ploča (kontrola funkcija fiziološkog stolca , kontrola funkcija nasadnih instrumenata i kontrola funkcija higijenskog bloka)“

Odgovor na upit 2:

Zahtjev za izmjenu t. 2.6. se ne prihvaća, budući da je navedena stavka u potpunosti sukladna potrebama naručitelja.

Upit 3.:

2.8. Traži se: „prekidač/taster za uključivanje RTG negatoskopa“ Molimo brisanje točke opisa. Današnji standard su digitalne snimke, te u Vukovarsko-srijemskoj županiji ne postoji niti jedan pružatelj usluga (javni niti privatni) koji snima koristeći film, što ovu značajku čine nepotrebnim ograničavanjem potencijalnih ponuditelja.

Odgovor na upit 3:

Zahtjev za izmjenu točke 2.8. se ne prihvaća.

Upit 4:

4.2. Traži se: „dentalna jedinica koja je prilagođena za rad desnorukog korisnika uz mogućnost odabira pozicije za lijevorukog (prilikom naručivanja) „ Molimo ili brisanje točke ukoliko želite dentalnu jedinicu za desnorukog korisnika ili izmjenu opisa stavke u „dentalna jedinica koja je prilagođena za rad lijevorukog korisnika“ ukoliko trebate dentalnu jedinicu za lijevorukog korisnika.

Odgovor na upit 4:

Zahtjev za izmjenu točke 4.2. se ne prihvaća.

Upit 5:

4.5. Traži se: „mikrofilter za ulaznu vodu visoke finoće 50-100 μm “. Molimo izmjenu točke opisa u „mikrofilter za ulaznu vodu visoke finoće do 100 μm “

Odgovor na upit 5:

Zahtjev za izmjenu točke 4.5. se ne prihvaća.

Upit 6:

4.6. Traži se: „porculanska fontana / pljuvačnica lako odvojiva od higijenskog bloka radi svakodnevnog higijenskog čišćenja i dezinfekcije“. Molimo izmjenu u : „fontana / pljuvačnica (porculanska ili od kaljenog stakla) lako odvojiva od higijenskog bloka radi svakodnevnog higijenskog čišćenja i dezinfekcije“, jer je kaljeno staklo skuplji, manje krhak i otporniji materijal od porculana.

Odgovor na upit 6:

Zahtjev za izmjenu točke 4.6. se ne prihvaća.

Upit 7:

4.7. Traži se: „porculanska fontana / pljuvačnica pokretna u horizontalnoj ravnini kuta u rasponu 170-250 °“. Molimo izmjenu u: „fontana / pljuvačnica (porculanska ili od kaljenog stakla) s mogućnošću zakretanja“, jer je kaljeno staklo skuplji, manje krhak i otporniji materijal od porculana.

Odgovor na upit 7:

Zahtjev za izmjenu točke 4.7. se ne prihvaća.

Upit 8:

5.9.2. Traži se: „tijelo i kanila pustera od sintetske mase s mogućnošću sterilizacije u autoclave-u“. Molimo izmjenu točke opisa u „tijelo i kanila pustera od sintetske mase ili nehrđajućeg čelika s mogućnošću sterilizacije u autoclave-u“ kako bi odgovarala točki 3.4.2.

Odgovor na upit 8:

Prihvaća se zahtjev za izmjenu točke 5.9.2. .

Upit 9:

6.3. Traži se: „napon 24 V AC“. Molimo brisanje točke, jer ne utječe na funkcionalnost dentalne jedinice.

Odgovor na upit 9:

Zahtjev za izmjenu t. 6.3. se ne prihvaća.

Upit 10:

6.6. Traži se: „intenzitet svjetla 8000-40000 LUX-a uz mogućnost regulacije“. Molimo izmjenu u: „intenzitet svjetla minimalno u rasponu 8000-40000 LUX-a uz mogućnost regulacije“, kako bi se mogli nuditi i bolji LED reflektori veće maksimalne snage.

Odgovor na upit 10:

Zahtjev za izmjenu točke 6.6. se ne prihvaća.

Upit 11:

6.11. Traži se: „program za rad s laserima – sprječavanje interferencije frekvencija svjetla i lasera“. Molimo grisanje točke opisa, jer je nepotrebna, s obzirom da je frekvencija reflektora već definirana u točki 6.4.

Odgovor na upit 11:

Zahtjev za izmjenu točke 6.11. se ne prihvaća. U točki 6.4. je navedena frekvencija napajanja reflektora, a u točki 6.11. frekvencija svjetla.

Upit 12:

6.13. Traži se: „najmanje 5 različitih LED izvora osvjetljenja“. Molimo izmjenu točke opisa u „najmanje 4 različitih LED izvora osvjetljenja“ s obzirom da uređaj može odgovarati svim prethodno traženim točkama opisa (ne umanjujući njegovu funkcionalnost) i s manje izvora svjetla, te se ovom točkom limitira na isključivo jednog proizvođača.

Odgovor na upit 12:

Prihvaća se zahtjev za izmjenu točke 6.13..

Upit 13:

12.1. Traži se „Visinski podesiva do visine sjedišta maksimalno 660 mm,„. Veća maksimalna visina ne umanjuje nego povećava uporabnu vrijednost terapijske stolice i stoga molimo izmjenu točke opisa u „Visinski podesiva do visine sjedišta minimalno 660 mm“.

Odgovor na upit 13:

Zahtjev za izmjenu se ne prihvaća.

Upit 14:

12.4. Traži se: „Metalno postolje i kućište kotača“. Molimo izmjenu točke opisa na „Postolje i kućište kotača od materijala otporno na grebanje i dezinficijense“.

Odgovor na upit 14:

Zahtjev za izmjenu točke 12.4. se ne prihvaća.

Upit 15:

12.6. Traži se: „Podesiv kut nagiba kompletne stolice (sjedišta i naslon leđa) od -5 do 15 °“
Molimo izmjenu točke opis u „Podesiv kut nagiba stolice s minimalnim odklonom -5°“

Odgovor na upit 15:

Zahtjev za izmjenu se ne prihvaća.

Upit 16:

12.7. Traži se: „Podesiv naslon leđa (30°) u svrhu potpore lumbalnog dijela kralježnice“.
Molimo izmjenu u „Podesiv naslon leđa do 30° u svrhu potpore lumbalnog dijela kralježnice“, jer se trebaju koristiti granične, a ne apsolutne vrijednosti.

Odgovor na upit 16:

Prihvaća se zahtjev za izmjenu točke 12.7.

Upit 17:

14.2. Traži se: “Razina buke 58 dB”. Molimo izmjenu u „Razina buke do 58 dB“, jer se trebaju koristiti granične, a ne apsolutne vrijednosti.

Odgovor na upit 17:

Prihvaća se zahtjev za izmjenu točke 14.2.

Uvažavajući navedeno , naručitelj je uvidio potrebu usklađenja poziva na dostavu ponuda, te tehničke specifikacije koje su njen sastavni dio u dijelu koji se odnosi na stavke: 5.9.2., 6.13., 12.7. i 14.2., te je sukladno tome , na svojoj web stranici : www.dzvkc.hr, stavio na raspolaganje svim gospodarskim subjektima novu dokumentaciju i tehničke specifikacije.

Naručitelj određuje novi rok za dostavu ponuda: **11. svibnja 2018. g..**

POVJERENSTVO ZA NABAVU

